

# CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile Beinbeutelssysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml

## Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750/10/GHC	06718862	steril
750 ml	30 cm	04/01/750/30/GHC	09772046	steril
750 ml	50 cm	04/01/750/50/GHC	06718879	steril

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716	unsteril
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427	unsteril
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543	unsteril

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071  
(Art.-Nr. 04/01/750)

HMN: 15.25.05.1096  
(Art.-Nr. 04/01/750US)



### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



### Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rücksteckflasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackung:** steril / unsteril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.**

Abbildungen können vom Original abweichen